

UNI-T.**优利德科技(中国)股份有限公司**

UT1165K QA检测报告

使用仪器: FLUKE黑体4180

环境温湿度: 23.3°C/69%

单位	黑体温度	精度	范围	测试距离 (cm)	黑体发热面直径 (cm)	测试值	结果
°C	36°C	±1.5°C	34.5~37.5	1m	15.2cm	36.1°C	合格
°C	37°C		35.5~38.5	1m	15.2cm	37.3°C	合格
°C	38°C		36.5~39.5	1m	15.2cm	38.2°C	合格

检查员: 张琼

