

UTi120B 检测报告

环境温度：22.3℃/53.2%

一、检测项目：测温（精度2%取最大值）

二、检测设备（主要）：

黑体FLUKE4180、4181

三、测温表格：

设定温度（℃）	测试温度（℃）
-10	-10.5℃
0	-1.2℃
20	19.2℃
55	54.3℃
100	99.7℃
175	176.2℃
250	249.7℃
300	297.8℃
350	351.6℃

检查员：刘爱

审核员：郭桂余