

UTi120s QA测试报告

使用设备:FLUKE 4180/4181环境温湿度:24.9℃/56.5%

功能	量程	黑体型号	测试距离	口径	($\epsilon=0.95$)	单位	公差	读数范围	测试值	测试结果
温度精度	-10~400℃	4180	15cm	6.3	-10.0	℃	±2.0	-12.0℃~-8.0℃	-9.6	合格
		4180	15cm	6.3	0.0	℃	±2.0	-2.0℃~2.0℃	0.1	合格
		4180	50cm	15.2	30.0	℃	±2.0	28.0℃~32.0℃	30.5	合格
		4181	50cm	15.2	100.0	℃	±2%	98.0℃~102.0℃	99.3	合格
		4181	50cm	15.2	150.0	℃	±2%	147.0℃~153.0℃	151.3	合格
		4181	50cm	15.2	200.0	℃	±2%	196.0℃~204.0℃	199.1	合格
		4181	50cm	15.2	300.0	℃	±2%	294.0℃~306.0℃	302.3	合格
		4181	50cm	15.2	380.0	℃	±2%	372.4℃~387.6℃	384.5	合格

检测员:刘爱

审核员:谢亮

