

UTi85A QA测试报告

使用仪器:FLUKE黑体4180, 4181

环境温湿度:22.9℃/60.5%

功能	单位	输入	准确度	读数范围	测试值	测试结果
温度测试	℃	-10.0	±5℃	-15.0~-10.0℃	-16.5℃	合格
	℃	30.0	±2℃	28.0~32.0℃	31.1℃	合格
	℃	90.0	±2℃	88.0~92.0℃	91.0℃	合格
	℃	140.0	±2%	137.2~142.8℃	140.6℃	合格
	℃	200.0	±2%	196.0~204.0℃	200.6℃	合格
	℃	300.0	±2%	294.0~306.0℃	299.6℃	合格

检测员:刘爱

审核员:郭桂余

