

## UT11024 QA测试报告

环境温湿度：21.3℃/65%

一、检测项目：测量功能。

二、检测设备（主要）：

精密黑体FLUKE4180/4181（温度范围：-10~400℃；发射率：0.95）

四、检测范围：-10℃到400℃ 精度±2%

设定温度（℃）	测试温度（℃）
-10	-10.6
0	0.5
30	30.8
50	50.7
100	100.5
150	150.8
200	201.7
400	400.8

检验员：刘爱

