

## UT281E 测试报告

使用仪器: FLUKE5080

环境温湿度: 23.4℃/65%

功能/量程	输入	准确度	中心允许误差	测量值	结果
交流电流 1.00~30.00A (50Hz)	1.00A	±(3%+5) 中心位置 ±(5%+5) 最差位置	0.92~1.08A	1.02A	合格
	5.00A		4.80~5.20A	5.06A	合格
	10.00A		9.65~10.35A	10.08A	合格
	15.00A		14.50~15.50A	15.05A	合格
	20.00A		19.35~20.65A	20.05A	合格
	25.00A		24.20~25.80A	25.08A	合格
	30.00A		29.05~30.95A	30.05A	合格
交流电流 10.0~300.0A (50Hz)	10.0A	±(3%+5) 中心位置 ±(5%+5) 最差位置	9.2~10.8A	10.1A	合格
	50.0A		48.0~52.0A	50.1A	合格
	100.0A		96.5~103.5A	100.5A	合格
	150.0A		145.0~155.0A	151.0A	合格
	200.0A		193.5~206.5A	201.5A	合格
	250.0A		242.0~258.0A	250.7A	合格
	300.0A		290.5~309.5A	300.5A	合格
交流电流 100~3000A (50Hz)	100A	±(3%+5) 中心位置 ±(5%+5) 最差位置	92~108A	101A	合格
	500A		480~520A	502A	合格
	1000A		965~1035A	1012A	合格
	1500A		1450~1550A	1509A	合格
	2000A		1935~2065A	2011A	合格
	2500A		2420~2580A	2512A	合格
	3000A		2905~3095A	2999A	合格

优利德科技(中国)股份有限公司

校准专用章

郭桂余

检查员: 刘爱