

UT216D QA测试报告

使用仪器: FLUKE5522A

环境温湿度: 24.2°C/65%

功能	量程	输入	单位	频率	单位	准确度		上限	下限	测试值	测试结果
DCV	600mV	350.0	mV	0	Hz	1.2%	0.5	354.7	345.3	350.0mV	合格
	6V	3.500	V	0	Hz	0.8%	0.003	3.531	3.469	3.502V	合格
	60V	35.00	V	0	Hz	0.8%	0.03	35.31	34.69	34.99V	合格
	600V	350.0	V	0	Hz	0.8%	0.3	353.1	346.9	349.8V	合格
	1000V	1000	V	0	Hz	1.0%	5	1015	985	1001V	合格
ACV	6V	3.500	V	50	Hz	1.2%	0.005	3.547	3.453	3.500V	合格
	60V	35.00	V	400	Hz	1.2%	0.03	35.45	34.55	34.99V	合格
	600V	350.0	V	60	Hz	1.2%	0.3	354.5	345.5	349.6V	合格
	750V	750	V	400	Hz	1.5%	5	766	734	751V	合格
Ω	600Ω	350.0	Ω	0	Hz	1.2%	0.2	354.4	345.6	350.2Ω	合格
	6kΩ	3.500	kΩ	0	Hz	1.0%	0.002	3.537	3.463	3.499KΩ	合格
	60kΩ	35.00	kΩ	0	Hz	1.0%	0.02	35.37	34.63	35.01KΩ	合格
	600kΩ	350.0	kΩ	0	Hz	1.0%	0.2	353.7	346.3	349.9KΩ	合格
	6MΩ	3.500	MΩ	0	Hz	1.2%	0.002	3.544	3.456	3.498MΩ	合格
	60MΩ	35.00	MΩ	0	Hz	1.5%	0.05	35.58	34.43	34.95MΩ	合格
ACV (VFC)	750V	220.0	V	60	Hz	6.5%	0.5	234.8	205.2	220.2V	合格
DCA	60A	6.00	A	0	Hz	2.5%	0.05	6.20	5.80	6.01A	合格
		35.00	A	0	Hz	2.5%	0.05	35.93	34.08	34.99A	合格
	600A	60.0	A	0	Hz	2.5%	0.5	62.0	58.0	60.1A	合格
		500.0	A	0	Hz	2.5%	0.5	513.0	487.0	499.6A	合格
ACA	60A	6.00	A	50	Hz	2.5%	0.05	6.20	5.80	6.02A	合格
		35.00	A	60	Hz	2.5%	0.05	35.93	34.08	34.99A	合格
	600A	60.0	A	50	Hz	2.5%	0.5	62.0	58.0	59.8A	合格
		500.0	A	60	Hz	2.5%	0.5	513.0	487.0	499.7A	合格

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余




UT216D QA测试报告

使用仪器: FLUKE5522A

环境温湿度: 24.2°C/65%

功能	量程	输入	单位	频率	单位	准确度		上限	下限	测试值	测试结果
CAP	60nF	50.00	nF	0	Hz	4.0%	0.20	52.2	47.8	50.02nF	合格
	600nF	500.0	nF	0	Hz	4.0%	2.0	522.0	478.0	500.2nF	合格
	6uF	5.000	uF	0	Hz	4.0%	0.020	5.220	4.780	4.998uF	合格
	60uF	50.00	uF	0	Hz	4.0%	0.20	52.20	47.80	49.96uF	合格
	600uF	500.0	uF	0	Hz	4.0%	2.0	522.0	478.0	499.2uF	合格
	6000uF	1.800	mF	0	Hz	10.0%	0.000	1.980	1.620	1.796mF	合格
Hz		100	mVrms	1	Hz	0.1%	0.04	1.04	0.96	10.00Hz	合格
		200	mVrms	1	MHz	0.1%	0.004	1.005	0.995	1.001MHz	合格
°C	-40~1000°C	-40	°C	0	Hz	3.0%	5	-36.2	-43.8	-39°C	合格
		100	°C	0	Hz	2.5%	3	105.5	94.5	40°C	合格
		1000	°C	0	Hz	3.0%	5	1035.0	965.0	1002°C	合格
NCV		220	V	60	Hz	LED亮、蜂鸣器发音(距离<10mm, >10mm <80mm 可发音或不发音, >80mm不发音)				发声	合格
二极管		正向1N4148				0.5V~0.8V				0.6V	合格
蜂鸣器		10Ω				发声				发声	合格



检测员: 张琼

审核员: 郭桂余