

UT210B QA 测试报告

使用设备: FLUKE5080A

环境温湿度: 23°C/65%

| 功能 | 量程 | 输入值 | | | | 准确度 | | 范围 | 测试值 | 结果 |
|-------|------|-------|----|----|------|------|-------------|-------------|--------|----|
| | | 幅值 | 单位 | 频率 | 类型 | 百分比 | 分辨率 | | | |
| ACA | 2A | 0.2 | A | 50 | Hz | 4.0% | 0.030 | 0.162~0.238 | 0.211A | 合格 |
| | | 1.900 | A | 50 | Hz | 4.0% | 0.030 | 1.815~1.985 | 1.912A | 合格 |
| | 20A | 2.00 | A | 50 | Hz | 3.0% | 0.20 | 1.74~2.26 | 2.12A | 合格 |
| | | 19.00 | A | 50 | Hz | 3.0% | 0.20 | 18.38~19.62 | 19.13A | 合格 |
| | 200A | 20.0 | A | 50 | Hz | 2.5% | 2.0 | 17.5~22.5 | 20.7A | 合格 |
| | | 100.0 | A | 50 | Hz | 2.5% | 2.0 | 96.4~103.6 | 101.2A | 合格 |
| 190.0 | | A | 50 | Hz | 2.5% | 2.0 | 184.6~195.4 | 191.3A | 合格 | |

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余