

## UT210A QA 测试报告

使用设备: FLUKE5080A

环境温湿度: 23°C/65%

功能	量程	输入值				准确度		范围	测试值	结果
ACA	2A	0.2	A	50	Hz	4.0%	0.030	0.162~0.238	0.211A	合格
		1.900	A	50	Hz	4.0%	0.030	1.815~1.985	1.912A	合格
	20A	2.00	A	50	Hz	3.0%	0.20	1.74~2.26	2.12A	合格
		19.00	A	50	Hz	3.0%	0.20	18.38~19.62	19.13A	合格
	200A	20.0	A	50	Hz	2.5%	2.0	17.5~22.5	20.7A	合格
		100.0	A	50	Hz	2.5%	2.0	96.4~103.6	101.2A	合格
190.0		A	50	Hz	2.5%	2.0	184.6~195.4	191.3A	合格	

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余