

UT306A QA测试报告

使用仪器:FLUKE黑体源

环境温湿度:23℃/65%

功能	量程	输入	准确度	读数范围	测试距离	测试值	测试结果
温度及 激光	℃	0	±2%或3℃(计算后取 最大值)	-0.8~-2.0℃	产品靠近黑体	-0.5℃	合格
	℃	20.0	±2%或2℃(计算后取 最大值)	18.0~22.0℃	产品与黑体距离约10CM	20.2℃	合格
	℃	50.0		48.0~52.0℃		48.9℃	合格
	℃	100.0		98.0~102.0℃		98.5℃	合格
	℃	150.0		148.0~152.0℃		149.7℃	合格
	℃	300.0	±2%或2℃(计算后取 最大值)	294.0~306.0℃		301.2℃	合格

检测员:张琼

