

UT303A+ QA 检测报告

使用仪器:FLUKE黑体

环境温湿度: 23.1℃ / 65.3%

功能	单位	黑体温度	精度	范围	测试距离 (cm)	黑体	黑体发热面 直径 (cm)	测试值	结果
温度测量	℃	-20	±3.5℃	-23.5~-16.5	5cm	FLUKE9133	5.7cm	-21.6℃	合格
		-10	±2.5℃	-12.2~7.7	5cm		6.3cm)	-10.7℃	合格
		0	±1.5℃	-1.3~1.3	5cm		1.3℃	合格	
		25	±1.5℃	23.6~26.3	75cm	FLUKE4180	15.2cm)	25.3℃	合格
		75	±1.5℃	73.7~76.4	75cm			75.3℃	合格
		100	±1.5℃	98.6~101.4	75cm	98.9℃		合格	
		150	±1.5%	148.0~152.0	75cm	149.5℃		合格	
		250	±1.5%	246.6~253.3	75cm	249.2℃		合格	
		350	±1.5%	345.3~354.7	75cm	FLUKE4181	349.3℃	合格	
		445	±1.5%	439.0~451.0	75cm		444.5℃	合格	
800	±1.5%	789.2~810.2	40cm	KSDZ-1200	口径		793.4℃	合格	

检查员: 张琼

