


UT308H QA测试报告

使用仪器:底温水槽黑体 日期: 2021年2月5 日

环境温湿度:22.6°C/61.3%

功能	单位	输入	准确度	读数范围	测试值	测试结果
温度测试	°C	水槽黑体 35°C	±0.2°C	34.8°C~35.2°C	34.8°C	合格
	°C	水槽黑体 38°C	±0.2°C	37.8°C~38.2°C	38.0°C	合格
	°C	水槽黑体 41°C	±0.2°C	40.8°C~41.2°C	41°C	合格



检测员: 刘爱

审核员:郭桂余