

UNI-T**优利德科技(中国)股份有限公司**

证号: QAC0956661

UT30H QA检测报告

使用仪器: FLUKE黑体4180

环境温湿度: 23.3°C/64.2%

单位	黑体温度	精度	范围	测试距离 (cm)	黑体发热面直径 (cm)	测试值	结果
°C	30	±0.5°C	35.3~36.3	5cm	7.5cm	35.9°C	合格
°C	35		36.5~37.5	5cm	7.5cm	36.9°C	合格

检查员: 张琼

