

LM120V QA检测报告

测试仪器：测距轨道

环境温度为 25.3 °C, 湿度为 57 %;

单位M	最小误差	最大误差	测度值	测度值	测度值
0.20	0.198	0.202	0.198	0.199	0.198
1.00	0.998	1.002	1.001	1.000	1.000
2.00	1.998	2.002	2.001	2.001	2.001
5.00	4.998	5.002	4.999	5.001	4.999
10.00	9.998	10.002	10.002	10.001	10.001
15.00	14.998	15.002	14.998	15.000	14.999
20.00	19.997	20.003	19.998	20.000	19.998

测试员：刘爱

复测员：郭海梅