

LM60E+ QA检测报告					
测试仪器：测距轨道		环境温度为 25.3 °C, 湿度为 57 %;			
单位M	最小误差	最大误差	测度值	测度值	测度值
0.20	0.198	0.202	0.199	0.200	0.199
1.00	0.998	1.002	1.000	1.002	1.000
2.00	1.998	2.002	2.000	2.002	2.001
5.00	4.998	5.002	5.001	5.001	5.000
10.00	9.998	10.002	10.002	10.002	10.001
15.00	14.998	15.002	15.002	15.001	15.001
20.00	19.997	20.003	20.000	20.002	20.002
测试员：刘爱			复测员：郭海梅		

