


LM600 QA测试报告

测试设备: 激光导轨

功能	量程	输入值	准确度	测试值	测量结果
距离测量	5m~600m	5m	误差: 通常情况±1M; 不同目标及测量环境1M~3M	5m	合格
		10m		10m	合格
		20m		20m	合格
		50m		50m	合格
		100m		100m	合格
		300m		300m	合格
		500m		500m	合格
		600m		600m	合格



检测员: 张琼

审核员: 郭桂余