

LM2000 QA检测报告					
测试仪器：测距轨道		环境温度为 25.3 °C, 湿度为 57 %;			
单位M	最小误差	最大误差	测度值	测度值	测度值
5.00	4.700	5.300	5.200	5.300	5.100
10.00	9.700	10.300	10.200	10.100	10.200
50.00	49.700	50.300	50.009	50.100	50.200
100.00	99.700	100.300	100.200	100.100	100.200
200.00	199.700	200.300	200.100	200.200	200.300
500.00	499.700	500.300	500.100	500.200	500.200
1000.00	999.700	1000.300	1000.025	1000.020	1000.100
2000.00	1999.700	2000.300	2000.100	2000.300	2000.100
测试员：刘爱		复测员：郭海梅			

