

LM60 QA测试报告

功能	量 程	输入值	准确 度	测 试 值	测 量 结 果
距离测量	0.05m~60m	0.1m	$\pm (2.0\text{mm}+0.5\text{mm})$	0.101m	合格
		0.5m		0.500m	合格
		1.0m		1.000m	合格
		3.0m		3.000m	合格
		5.0m		5.001m	合格
		8.0m		8.000m	合格
		10.0m		10.001m	合格
		12.5m		12.499m	合格
		15.0m		15.000m	合格
		20.0m		19.999m	合格
		30.0m		30.000m	合格
		45.0m		45.000m	合格
		50.0m		49.999m	合格
		55.0m		54.999m	合格
60.0m	60.000m	合格			



检测员: 刘爱

审核员: 郭桂余