

LM150 QA测试报告

功 能	量 程	输入值	准确度	测试值	测量结果
距离测量	0.05m~150m	0.1m	$\pm (2.0\text{mm}+0.5\text{mm})$	0.101m	合格
		0.5m		0.500m	合格
		1.0m		1.000m	合格
		3.0m		3.000m	合格
		5.0m		5.001m	合格
		8.0m		8.000m	合格
		10.0m		10.001m	合格
		12.5m		12.499m	合格
		15.0m		15.000m	合格
		20.0m		19.999m	合格
		30.0m		30.000m	合格
		45.0m		45.000m	合格
		50.0m		49.999m	合格
		55.0m		54.999m	合格
		60.0m		60.000m	合格
		65.0m		65.001m	合格
		70.0m		70.001m	合格
		75.0m		74.999m	合格
		80.0m		80.001m	合格
		85.0m		85.000m	合格
		90.0m		89.999m	合格
		95.0m		95.000m	合格
		100.0m		100.000m	合格
		120.0m		120.001m	合格
		140.0m		140.002m	合格

检测员: 刘爱

校准专用章

审核员: 郭桂余