


LM120 QA测试报告

功能	量 程	输入值	准确 度	测试值	测量结果
距离测量	0.5m~120m	0.5m	$\pm (2.0\text{mm}+0.5\text{mm})$	0.500m	合格
		1.0m		1.001m	合格
		3.0m		3.003m	合格
		5.0m		5.001m	合格
		8.0m		8.000m	合格
		10.0m		10.001m	合格
		12.5m		12.499m	合格
		15.0m		15.002m	合格
		20.0m		19.999m	合格
		30.0m		30.005m	合格
		45.0m		45.000m	合格
		50.0m		49.999m	合格
		55.0m		54.999m	合格
		60.0m		60.000m	合格
		65.0m		65.001m	合格
		70.0m		70.001m	合格
		75.0m		74.999m	合格
		80.0m		80.001m	合格
		85.0m		85.000m	合格
		90.0m		89.999m	合格
95.0m	95.000m	合格			
100.0m	100.00m	合格			
110.0m	110.00m	合格			
120.0m	120.00m	合格			



检测员: 刘爱

审核员: 郭桂余