

## LM10C 测试报告

功能	量程	输入值	准确度	测试值	测量结果
距离测量	9999.9m	5.0m	±0.3%	5.0m	合格
		8.0m		8.0m	合格
		10.0m		10.0m	合格
		12.5m		12.5m	合格
		15.0m		15.0m	合格
		20.0m		20.0m	合格
		30.0m		30.0m	合格
		45.0m		45.0m	合格
		50.0m		50.0m	合格
		55.0m		55.0m	合格
		60.0m		60.0m	合格
		65.0m		65.0m	合格
		70.0m		70.0m	合格
		75.0m		75.0m	合格
		80.0m		80.0m	合格
		85.0m		85.0m	合格
		90.0m		90.0m	合格
95.0m	95.0m	合格			
100.0m	100.0m	合格			

优利德科技(中国)股份有限公司

校准专用章

审核员: 郭桂余

检测员: 刘爱