UNI-T
优利德科技(中国)股份有限公司

LM320B QA测试报告

使用设备：角度测试治具　　环境温湿度：23℃/65%

1.外观检查：

检验项目	检定规程要求
USB充电功能	可正常充电，充电指示灯按说明书正常提示
塑料外壳	整洁干净，不得有明显收缩、划痕、披峰、裂纹；颜色一致。
面板铭牌	正确、完整、清晰、整洁。
屏幕	字体端正、字符清晰完整；颜色显示良好 。
按键功能	所有功能键操作有效可靠，显示正确，手感良好。
螺钉	齐全、拧紧到位，无锈蚀，无滑扣。

测量角度	最大误差	QA误差	用户范围			实测数据
90	0.2	0.2	90.2	~	89.8	90.1
45	0.2	0.2	45.2	~	44.8	45.1
30	0.2	0.2	30.2	~	29.8	30.1
15	0.2	0.2	15.2	~	14.8	15.2

首检员：刘爱　　复检员：郭海梅

优利德科技(中国)股份有限公司
校准专用章